

Ihre interne Referenz: .....

Dr.med/Herr/Frau: ..... Fax: ..... Datum: .....

**Geräte, die älter als 10 Jahre sind, werden nicht mehr repariert; dies gilt ab dem 30. Juni 2020.**

**Serviceauftrag R.Test Evolution 3 und 4, Ersatzgeräte und Umtausch**  
1. April bis 30. Juni 2023 - Preise in CHF – exkl. 7.7% MwSt. - Preisänderung sind jederzeit möglich

**NOVACOR empfiehlt eine präventive Wartung der Geräte alle 2 Jahre.**  
Gemäss der Schweiz.- med.- Produkteverordnung müssen alle Geräte wie z.B. auch die EKG-Geräte periodisch kontrolliert werden.

R.Test Evolution N° ..... (hinter dem Gerät)

Kaufdatum: ..... Letzte Reparaturdatum: .....

Bitte teilen Sie uns mit, was bei Ihrem R.Test Evolution nicht mehr funktioniert:  
.....  
.....  
.....

**Bei einer Reparatur / Kontrolle eines R.Test's wird beim Hersteller Novacor immer folgendes gemacht:**

- Demontage und Montage des Gerätes
- Ersetzen der Lithiumbatterie (Memoryspeicher)
- Reparatur des Defektes (falls möglich)
- Funktionstests
- Prüfen auf Oxidation und Reinigung
- Erneuerung anderer defekter Teile
- Upgrade der SW
- Ausgangskontrolle

**Reparaturfrist 4-6 Wochen**

**Wartung /Reparatur** eines R.Test Evolution Serie 4 (Serie Nr. NRT) **495.-**

**Ersatzgeräte während der Reparaturzeit eines R.Test Evolution 4**

- Ersatzgerät während der Reparaturzeit eines R.Test's, während der Garantie **gratis**
- Ersatzgerät während der Reparaturzeit eines R.Test's, ausserhalb der Garantie **150.-**

**Ersatzgeräte retournieren Sie bitte innerhalb 10 Tage nach der Reparatur**  
**Für später retournierte Ersatzgeräte verrechnen wir pro Woche 150.-**

Datum: ..... Stempel / Unterschrift: .....